

MESURES ADDITIONNELLES AEROSOL

Code: REF-202_F

Fichier : F:\QUALITE - SMC\Processus de prestations\Surveillance du système

sanitaire\HPCI Version : 1 - 12.06.2024

Mode de transmission :

- Par contact direct = par projection de particules plus petites que les gouttelettes générées par la toux, la conversation. Ces particules restent en suspension dans l'air quelques heures et peuvent donc être transportées à distance pour infecter d'autres personnes sans aucun contact direct avec la personne infectée.

Ces situations se limitent à un nombre restreint de maladies ; tels que la tuberculose, la varicelle, la rougeole et quelques maladies rares.

MESURES MESURES			
Information au client.e	 Mise en place mesures additionnelles aérosol sur prescription médicale Expliquer les motifs des mesures instaurées Enseigner les indications et la technique du port du masque 		
Placement du client.e	 Placer en chambre individuelle avec la porte et les fenêtres fermées (éviter les appels d'air) Aérer la chambre par l'ouverture de la fenêtre toutes les 4 heures avec la porte fermée 		
Déplacement/transfert du client.e	 Informer le service destinataire avant le transport du client.e Programmer si possible le rendez-vous en fin de consultation Limiter les sorties aux besoins vitaux Si sortie du client.e avec des habits et protection propre Pour la sortie et/ou le transport, port du masque pour la-le client.e, pas de surblouse, pas de gants Port du masque FFP2 pour l'accompagnant, mais pas de surblouse et de gants 		
Masque/Lunettes	- Avant d'entrer dans la chambre au domicile, port du masque FFP 2 et à retirer seulement après être sortie de la chambre et avoir fermé la porte		

Į	Nom et emplacement du fichier	
	F:\QUALITE - SMC\Processus de prestations\Surveillance du système	
	sanitaire\HPCI\REF-202_HPCI_Mesures Additionnelles	
L	AEROSOL_SPITEX_F.docx	

Mode d'utilisation - masque de protection faciale





Ouvrir le masque.





L'adapter sur le visage, bien l'ajuster sous le menton.





Passer l'élastique supérieur au-dessus des oreilles, l'élastique inférieur au-dessous des oreilles.





Appliquer la barrette de fixation nasale, lui faire épouser les contours du nez et des pommettes.





Test Fit check

Obturer la surface filtrante avec les mains.

Inhaler lentement et vérifier que le masque tend à se plaquer sur le visage.

S'il est possible d'inhaler facilement, le masque fuit ou n'est pas adapté.

6



Se désinfecter les mains après avoir mis le masque.